

TENS وعلاج PEA + Transpolydatin التهاب دهليز الفرج: التأثير بين

الهدف

والترانسبوليداتين لدى المرضى المصابين (PEA) هدفت الدراسة إلى تقييم تأثير الجمع بين البالميتويل إيثانولاميد بالإضافة إلى تأكيد، (TENS) بالتهاب دهليز الفرج الذين يخضعون لعلاج التحفيز الكهربائي للعصب عبر الجلد في بروتوكول منزلي. يُعد التهاب الفرج من الحالات الشائعة التي تسبب انزعاجًا في منطقة TENS فعالية علاج الفرج، وغالبًا ما يُوصف بأنه ألم حارق يحدث دون وجود علامات مرئية واضحة أو اضطراب سريري يمكن تحديده.

النتائج

أظهرت جميع الدرجات في كل من مجموعة التحكم TENS خضع المرضى في المتوسط لـ 26.7 جلسة من علاج ومجموعة العلاج تحسنًا ملحوظًا، على الرغم من أن مستوى التحسن كان متشابهًا بين المجموعتين.

مفيد بشكل كبير في إدارة التهاب دهليز الفرج، حتى عند استخدامه في المنزل. كما TENS أكدت الدراسة أن علاج علاجيًا مساعدًا ذا قيمة خاصة عند ظهور المرض حديثًا أو PEA + Transpolydatin يمكن أن يكون الجمع بين عند حدوث انتكاسات.

المشاركين والأطباء

بجرعة (PEA) تم اختيار عشرين امرأة مصابة بالتهاب دهليز الفرج بشكل عشوائي لتلقي البالميتويل إيثانولاميد 400 ملغ وترانسبوليداتين بجرعة 40 ملغ أو دواء وهمي، مرتين يوميًا لمدة 60 يومًا. خضعت جميع المريضات في بروتوكول منزلي يتم تطبيقه ذاتيًا TENS لعلاج.

تألف الفريق الطبي من الدكتور فيليبو مورينا، الدكتور رافيلي فيليس، والدكتور جيانلويجي راديتشي من العيادة في ميلانو، إيطاليا؛ إضافةً إلى القابلة سينزيا توغنوكي من العيادة V. Buzzi الخارجية لأمراض الفرج، مستشفى الخاصة لأمراض النساء في بارما، إيطاليا.

المنهجية

قبل التوزيع العشوائي، طُلب من المريضات التوقف عن أي علاج موضعي أو جهازي كنَّ يتناولنه. تلقت جميع NeuroTrac باستخدام جهاز تحفيز كهربائي محمول ثنائي القناة من نوع TENS المريضات علاج والذي ينتج موجة ثنائية الطور متناظرة ويحتوي على ثلاثة برامج قابلة، (Continenace (Verity Medical) للتخصيص. تم تقديم التحفيز عبر مسبار مهبطي تجاري متاح.

ومقياس مارينوف لعسر، (VAS) تم تقييم الحالات السريرية للمرضى باستخدام مقياس التقييم البصري للأعراض مباشرة بعد إكمال شهرين من العلاج. لم تتلق أي من المريضات أي علاج آخر خلال فترة CPT الجماع، وقيم TENS علاج.

يمكن العثور على الملخص على الرابط التالي:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23343704/>